



Warszawa, dnia 2 lutego 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wirówki laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Oznaczenie sprawy: DT.OT/220/04/2022.

W dniu 1 lutego 2022r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniami o wyjaśnienie treści Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający wyjaśnia co następuje.

1. Dot. Parametry techniczne, pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści wirówkę, w której wymiana rotora odbywa się za pomocą dołączonego klucza? Czynność ta jest szybka, prosta i nie wymaga użycia siły. Taki system wymiany jest powszechnie stosowany przez wielu czołowych europejskich producentów, ponadto jest zdecydowanie mniej awaryjny niż system wymiany beznarzędziowej.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 1 do IWZ, poz.17 tabeli.

2. Dot. Umowa, § 5 Gwarancja, pkt. 7.5

Czy Zamawiający zgodzi się na odstępnie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy wirówki, o parametrach technicznych co najmniej takich samych jak wirówka będąca przedmiotem niniejszej umowy?

Wyposażenie wirówki jest skonfigurowane pod konkretne wymagania i potrzeby Zamawiającego. Niemożliwe jest dostarczenie urządzenia zastępczego o takich samych parametrach i z takim samym wyposażeniem.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 5 ust. 7 pkt 5 umowy.

3. Dot. Umowa, § 5 Kary umowne, pkt. 1.1

Czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację: „za nie przekazanie przez Wykonawcę wirówki Zamawiającemu w terminie określonym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki”?

Proponowane przez nas kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki są standardowo stosowanymi karami w tego typu postępowaniach.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 1 pkt 1 umowy.

4. Dot. Umowa, § 5 Kary umowne, pkt. 1.5

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy do 10% wynagrodzenia?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 1 pkt 5 umowy.